

複合型皮膚性状計測装置一式仕様書

1. 機器構成

複合型皮膚性状計測装置一式

内 訳

- 1) マルチプローブアダプター 1台
- 2) メグサプローブ 1個
- 3) テヴァメータープローブ 1個
- 4) データ総合ソフトウェア 1式

2. 仕様及び性能

- 1) 皮膚の癬痕部位、紅斑部位の計測実績評価（論文）が認められること。
- 2) 計測ごとの単一機ではなく、アダプターに複数のプローブを差し替えることで、コンパクトに安定した計測環境を保てること。
- 3) 計測プローブ自身が本体機能を有すること。
- 4) 油分量、水分蒸散量、メラニン及び紅斑の深度を、独立に測定できること。
- 5) データ総合ソフトウェアは、①複数のデータの統合が容易に行えること、②計測条件の設定が容易に変更できること、③個人ごとの連続データ処理（データベース化）が任意に行えること。