

論文概略

論文タイトル	The effect of body weight and age or frequency of repairs in lower-limb prostheses
掲載誌名	Journal of Rehabilitation Research and Development
巻号項	Volume 38 Number 4 Page 375 - 377
出版年	2001 年
支援機器	Prosthesis
分類(ISO9999)	06：義肢装具
試験相	第4相試験
研究仮説（目的） の概要	体重が多い患者は義足の破損といった問題を引き起こす
研究デザイン	横断
障害・疾患	切断
対象者・数	障害者 116 人
主要アウトカム	体重
副次アウトカム 1	年齢
副次アウトカム 2	使用年数
副次アウトカム 3	
副次アウトカム 4	
副次アウトカム 5	
統計学的検定	有
結果の概要	体重は義足破損における最も重要なリスクファクターである
論文整理番号	90

※正確な情報が必要な場合には、元の論文を確認してください。

「支援機器の臨床評価および利用効果データベース」
 支援機器イノベーション創出のための情報基盤構築に関する研究
 (H26～28 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 障害者対策総合研究開発事業)

国立障害者リハビリテーションセンター